

## אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה: 213241

יחידה מזמינה: מח' נירולוגיה

מהות הרכישה: מכשיר למדידת CO2

סכום הרכישה מטבע ספק: \$ 23,903 כולל מע"מ.

ספק פוטנציאלי: מדטכניקה

1. תקופת ההתקשרות היא ל- 12 חודשים והיקף ההתקשרות ל- 12 חודשים הינו 23903 \$
2. למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות, בכפוף לאישור ועדת מכרזים, להאריך את ההתקשרות עד לתקופה של \_\_\_\_\_ חודשים, באופן מצטבר, ובהתאמה להגדיל את שווי ההתקשרות עד לסך של \_\_\_\_\_, באופן מצטבר.
3. למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות להקטין או להגדיל את ההתקשרות בשיעור של עד 30% מהיקף ההתקשרות השנתית.
4. הוועדה התכנסה בתאריך 24.6.21 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.

**דוא"ל להגשת השגות: [tenders@tlvmc.gov.il](mailto:tenders@tlvmc.gov.il)**

**יש לוודא כי ההשגה התקבלה ביחידת המכרזים בטל': 03-6974883**

חתימת המאשרים:



רון חרותי



רונית שירן כרזאב



עו"ד רועי אדרי



אבי בן זקן

המרכז הרפואי תל-אביב  
מחלקת הנדסה רפואית  
טל: 03-6973208  
פקס: 03-6973440

15 ביוני 2021

סימוכין: 10-05

לכבוד  
וועדת רכישות  
כאן

שלום רב,

**הנדון: רכישת חמשה מודולים EtCO2 עבור מוניטורים א.ק.ג. בט.נ. נוירולוגי**

בט.נ. נוירולוגי קיימת מערכת הכוללת 10 מוניטורים מדגם INTELLIVUE MP80, יצרן PHILIPS, הסוכן בארץ - חברת מדטכניקה.

לצורך מדידת CO2 בזמן ניטור הפרמטרים החיוניים של החולים המחוברים למוניטור א.ק.ג., יש לרכוש מודול EtCO2.

המודול היחיד שתואם למוניטורים אלה ומאפשר העברת הנתונים לתיק חולה ממוחשב,

הוא מדגם INTELLIVUE MICROSTREAM.

לפיכך, יש לראות במודולים האלו ציוד ייעודי להשלמת המערך הקיים ואת חברת מדטכניקה (נציגותה הבלעדית בארץ של היצרן, חב' PHILIPS) ספק יחיד למקרה זה, ממנו יש לרכוש את הציוד.

בברכה,

מנדי מנדלוביץ  
מהנדס מחלקת הנדסה רפואית