

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

27 במרץ 2023
מספרנו: הני"ר/0090-2023
תיק: 7005, 11300-6

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

הנדון: מכון גסטרו – חו"ד לרכישת וידאו-קולונוסקופ תוצרת OLYMPUS.

מכשיר וידאו-קולונוסקופ דגם CF-H180AL תוצרת OLYMPUS (מס' סידורי 2601065) תקול (המכשיר דולף וקיימות שריטות בעדשות CCD).

הובהר ע"י נציגת היצרן, חברת "מדטכניקה" כי עלות השמשת המכשיר גבוהה ולפיכך אין כדאיות כלכלית לביצוע התיקון.

בהתאם להסכם חוזה השרות המכשיר יושבת ובמקומו ירכש חדש בעסקת טרייד-אין בהנחה מיוחדת של 35% (רצ"ב תעודת השבתה).

רצ"ב הצעת מחיר חב' מדטכניקה לדגם CF-HQ1100DL אותה מומלץ לממש.

המכשיר מהסוג הני"ל במכון גסטרו מבוסס על תוצרת OLYMPUS ומתחבר למרכיבים נוספים מתוצרת OLYMPUS, ולכן לא ניתן לרכוש וידאו-קולונוסקופ מיצרן אחר זולת חב' OLYMPUS. לפיכך ניתן לראות ביצרן זה ובנציגתו המקומית ספק יחיד לרכישה זו.

יש לדרוש תקופת אחריות למכשיר שלא תפחת מ-24 חודשים מיום הקליטה ותחילת השימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן.

בברכה,

מיטל ביסטרי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר

העתק: גב' חופית צדוק
גב' עדי בן דוד