

מדינת ישראל/משרד החקלאות
מינהל המחקר החקלאי
מכון וולקני

ועדת המכרזים המשרדית
ועדה מיום 13.6.2023

מס' פטור: 3340

הנדון: שדרוג תוכנה ופעולות התקנה ותחזוקה למכשיר HPLC דגם Alliance

סעיף פטור: 3(33)

שם הספק / החברה: וטרס (טי סי) ישראל בע"מ ח.פ.: 514683762

היקף ההתקשרות: 48,181.62 ₪ כולל מע"מ 17%

תקופת ההתקשרות: מיום אישור ההזמנה ועד ליום 31.12.2023

ביטוח: לא

הסכם: נספח תנאי מכר להצעת המחיר – מצ"ב

דיון והחלטה

בהמשך לחוות הדעת הרצ"ב והסברי הרפרנט, מאשרת ועדת המכרזים את ההתקשרות האמורה על פי תקנה 3(33) בהתאם לנימוקים המפורטים במסמכים המצ"ב. ובהתאם לפרטים הרשומים לעיל.

נציגת היחידה
טל איזיקסון

רחל ירום
חשבת המינהל

עו"ד בת-עמי הלוינג
יועצת משפטית המינהל

אורי ירמיהו
מ"מ יו"ר הועדה

טופס: "חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד"
בהתאם לתקנה 3(33)

מינהל המחקר החקלאי	משרד החקלאות
נווה יער	יחידה מזמינה/מכון:
15/05/2023	תאריך חוות דעת:
3340	פטור מס' (פנימי):

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

X 3(33) לתקנות חובת מכרזים הבקשה מסתמכת על תקנה:

סוג ההתקשרות:

ביצוע עבודה

שירותים

טובין

שם הספק:	ווטרס (טי סי) ישראל בע"מ
מספר הספק: (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	514683762
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	48,181.62 ₪ כולל מע"מ 17%
תקופת ההתקשרות:	מיום אישור ההזמנה

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה) = מפרט טכני

הנושא: שדרוג תוכנה ופעולות התקנה ותחזוקה למכשיר HPLC דגם Alliance

מכשיר ה HPLC מסוג Alliance נרכש בשנת 1998 מהיצרן, חברת Waters העולמית ביחד עם תוכנה (Empower) מתאימה לניהול פעולת המכשיר ולאנליזה של התוצאות. זהו מכשיר תקין ואמין שצפויות לו עוד שנים רבות של שירות. התוכנה שמוקנת היום התיישנה, מבוססת על מערכת הפעלה ישנה (Windows 7) ודורשת חומרה שכבר קשה להשיג. חברת Waters, היא היחידה שמספקת את התוכנה הייעודית להפעלת המכשיר, והיחידה שרשאית לשדרג את התוכנה. חברה זו מיוצגת בארץ בבלעדיות ע"י חברת ווטרס (טי סי) ישראל בע"מ.

מאז רכישת המכשיר, הוא מטופל ע"י המהנדסים של חברת ווטרס, ורק הם רשאים לטפל בו (טיפול ע"י טכנאי שאינו מוסמך ע"י החברה יסיר מהחברה אחריות למכשיר ועלול להוביל לסירוב של החברה לטפל בו בעתיד).

מכשיר ה HPLC דורש מחשב ייעודי שמתקשר איתו (בעל חומרה מתאימה). המחשב ששרת את המכשיר עד כה ישן מאוד ואינו תקין כבר למעלה משנה. לכן יש צורך לקנות גם מחשב חדש, שמורכב ומותאם ע"י חברת Waters, כמתחייב מתנאי העסקה (סעיף 16 בנספח תנאי מכר להצעת המחיר).


לכן אנו מבקשים שחברת ווטרס תבצע את שידרוג התוכנה, את ההתקנה ואת פעולות התחזוקה הנדרשות להחזרת המכשיר לפעולה.

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד בהתאם לתקנה 3(33)

1. השירות, החומרה והתוכנה הינם ספציפיים – הם יעודיים למכשיר ה HPLC מדגם זה. כמו כן, רק לחברת ווטרוס רישיון לתוכנה המשודרגת, ובהתאם המהנדסים שלה בלבד רשאים להתקין את התוכנה, את החומרה המתאימה (מחשב) ולבצע את ההתקנה.
2. כל מכשיר HPLC, אפילו אם הוא מאותו דגם, הוא ייחודי ודורש כיוול ספציפי והתאמה של פרוטוקולי עבודה. עם השנים פיתחנו פרוטוקולים רבים ושונים לעבודה עם המכשיר שברשותנו, ובדקנו באמצעותו אלפי דוגמאות. החזרת המכשיר לעבודה עם תוכנה משודרגת תאפשר את המשך ניצול הידע שצברנו בתפעול המכשיר (המשכיות), ותאפשר השוואה של תוצאות שיתקבלו בעתיד עם תוצאות עבר (אחידות ורציפות).

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז. חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	מהנדסת מחקר	ד"ר טל איזיקסון לוסטיג
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית